

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające możliwość dezynfekcji pomieszczeń o kubaturze min. 330 m<sup>3</sup> z potwierdzoną badaniami skutecznością zgodnie z normą NFT 72-281 (2014) pełne spektrum działania: bakterie, wirusy, spory, grzyby?

Odpowiedź nr 5:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające stały przepływ mgły, bez możliwości regulacji?

Odpowiedź nr 6:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuści system dezynfekcji (urządzenie + środek) posiadający oświadczenie producenta dotyczące skuteczności wobec Koronawirusa (SARS COV-2)?

Odpowiedź nr 7:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 4 miesięcy, ze względu na obecną sytuację epidemiczną jest to czas niezbędny?

Odpowiedź nr 8:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający wymagał dostarczenia urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń metodą suchej mgły o wielkości kropli 5 mikrometrów? Taka wielkość kropli zapewnia optymalną zdolność penetracji środka, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości mgły suchej tzn. nie pozostawiającej osadu ani wilgoci na powierzchniach dezynfekowanych i nie wpływającej szkodliwie na urządzenia medyczne oraz elektroniczne pozostawione w pomieszczeniu.

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało możliwość rozpylania środka w postaci mikrokropelek o wielkości 5 µm. W zakresie metody zamgławiania Zamawiający nie stawia wymagań.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość podłączenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych, miejsc trudnodostępnych?

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający wymaga aby system do dezynfekcji pomieszczeń (urządzenie + środek) posiadał potwierdzoną badaniami skuteczność zgodnie z normą NFT 72-281 (2014) –