

Opole, sierpnia 2020 r.

SG.III.2/2020

Uczestnicy Postępowania

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Opolskiego zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Dostawa fumigatorów**“ przedstawia treść wyjaśnień i zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści wymiary całkowite 430 x 260 x 430 mm? Parametry różnią się tylko w niewielkim stopniu od oczekiwanych.

Odpowiedź nr 1:

Tak, zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach 430 x 260 x 430 mm.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści regulację przepływu do 260 ml/min? Proponowana wartość tylko w niewielkim stopniu odbiega od wymaganej i nie wpływa na funkcjonalność produktu.

Odpowiedź nr 2:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści wielkość mikro kropelek do 10 μm ?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało możliwość rozpylania środka w postaci mikrokropelek o wielkości 5 μm . Urządzenie może mieć możliwość rozpylania środka w postaci mikrokropelek o innych wielkościach.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 300 x 342 x 494mm i niewielkiej wadze 6,2 kg wyposażone w uchwyt ułatwiający przenoszenie (mobilność)?

Odpowiedź nr 4:

Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach 300 x 342 x 494 mm.

jedyną normą na świecie dotyczącą skuteczności dezynfekcji przez zamgławianie (fumigację)?

Odpowiedź nr 11:


Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z polskim prawem, aby środki dezynfekcyjne przeznaczone do urządzenia posiadały pozwolenie na obrót jako produkt biobójczy wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

Odpowiedź nr 12:

Tak, Zamawiający wymaga aby środek dezynfekcyjny posiadał pozwolenie na obrót jako produkt biobójczy wydany przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Prezes Urzędu

mgr inż. Andrzej Borowski